


Anz.	Beschreibung
1	<p data-bbox="204 450 437 477">Reference Standard</p> <div data-bbox="263 510 518 801"></div> <p data-bbox="596 795 1050 822" style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 826 437 853">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 855 363 882">PN: 95727745</p> <p data-bbox="571 855 707 882" style="text-align: center;">Typ 310-750</p> <p data-bbox="204 918 1437 969">Der Reference Standard für das DIT-L dient zur Überprüfung der Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen.</p> <p data-bbox="204 976 1050 1003">Im Referenzstandard-Kit befinden sich ein 1 mg/l und ein 4 mg/l Chlorstandard.</p> <p data-bbox="204 1005 1430 1057">Die Haltbarkeit beläuft sich auf zwei Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch und sachgerechter Lagerung.</p>



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

18.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	reference standard for DIT-L
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Sonstiges:	
Produktnummer Alldos:	310-750
Herkunftsland:	DE

